

Zertifikat

über die Teilnahme an der Eignungsprüfung

Ultraschallprüfung

UT-2021 (2108a)

organisiert durch das



Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl



Das Prüflaboratorium

Metal Check GmbH Deutschland

Fuhrmannstraße 25

D-84508 Burgkirchen a. d. Alz

hat an der Eignungsprüfung mit folgendem Ergebnis teilgenommen:

Fehleranzahl	Fehlerlage und Fehlergröße
erfolgreich	erfolgreich

Marl, 10.07.2023

www.IfEP.de
Institut für Eignungsprüfung GmbH
Daimlerstraße 8
D-45770 Marl
Tel.: +49 (0) 700 / 4337 22 55
Fax: +49 (0) 23 657 209 00 35

Dipl.-Ing. C. Weißmüller
Programmkoordinator

Für detaillierte Informationen siehe Abschlussbericht „Ultraschallprüfung, UT-2021“

IfEP GmbH · Daimlerstraße 8 · D-45770 Marl
[2108a]

Metal Check GmbH Deutschland
Fuhrmannstraße 25
D-84508 Burgkirchen a. d. Alz

Das Zertifikat der Eignungsprüfung befindet sich auf der Rückseite.

Sehr geehrte Damen und Herren,

da es sich bei Ihrer Prüfung um eine bilaterale Teilnahme handelt, finden Sie keinen individuellen Laborcode von Ihrem Standort im Abschlussbericht. Für eine detaillierte Betrachtung Ihrer Ergebnisse, ziehen Sie sich den Abschlussbericht „Ultraschallprüfung, UT-2021“ heran.

Nr.	Musterlösung 2108a/12		Metal Check	
	Abstand von Nullpunkt [mm]	Länge [mm]	Abstand von Nullpunkt [mm]	Länge [mm]
1	26	20	25	25
2	81	15	75	30
3	171	25	170	25